



# Letto per il trattamento Essential Thera-P

## Manuale utente

**MD**

EPT9020

Si applica ai seguenti modelli:

EPT9024

EPT9028

**REF**

EPT9021

EPT9025

EPT9029



**Importante!** Questo manuale utente contiene informazioni importanti per l'utente del prodotto. Tutti coloro che utilizzano questo prodotto dovrebbero esaminarne e comprenderne completamente il contenuto. Ricordarsi di conservare questo manuale in un luogo dove sia sempre a disposizione di chi utilizza il prodotto.

## Sommario:

Introduzione:.....	2
Precauzioni e definizioni di sicurezza:.....	3
Installazione e disimballaggio: .....	5
Specifiche tecniche: .....	6
Funzionamento: .....	7
Manutenzione preventiva:.....	11
Pulizia e cura della tappezzeria:.....	11
Servizio:.....	12
Parti di ricambio:.....	13
Garanzia: .....	15
Informazioni di contatto del produttore:.....	15

## Introduzione:

Facilità d'uso, molteplici opzioni e un design elegante ma resistente rendono la linea di lettini elettrici Essential THERA-P la scelta conveniente per i terapisti ovunque. Sette opzioni principali consentono ai terapisti di scegliere il lettino che meglio soddisfa le loro esigenze e che garantisce il posizionamento più confortevole dei pazienti. Il lettino elettrico Essential THERA-P è realizzato in acciaio piatto e tubolare tagliato con precisione per una maggiore durata e stile. Ha anche un sistema di sollevamento silenzioso con pedale di comando elevabile. Progettato pensando alla semplicità, il lettino elettrico Essential THERA-P offre una base standard verniciata a polvere bianca.

**Uso previsto:** Il lettino per trattamento elettrico Essential Thera-P è destinato all'uso in un ambiente clinico per supportare i pazienti durante il trattamento.

## Precauzioni e definizioni di sicurezza:

Se hai bisogno di assistenza, contatta  
Servizio di soluzioni sanitarie fondamentali  
al numero 1-800-743-7738.



**AVVERTIMENTO:** Non lasciare mai il paziente sul tavolo incustodito.



**PERICOLO DI SCHIACCIAMENTO:** I componenti alimentati utilizzati per sollevare e abbassare questo tavolo presentano un potenziale pericolo di schiacciamento. TENERE I BAMBINI LONTANI DALLA ZONA DI CURA. Consentire solo al paziente e al personale autorizzato nell'area di trattamento.



**CONNESSIONE ELETTRICA:** Per la vostra sicurezza personale, questo tavolo deve essere collegato a terra. Questo tavolo è dotato di un cavo di alimentazione con una spina di messa a terra a tre (3) poli. Per ridurre al minimo il rischio di scosse elettriche, deve essere collegato a una presa a muro di tipo a tre (3) poli con messa a terra, collegata a terra in conformità con il National Electrical Code e la codificazione e le ordinanze locali. Se una presa a muro di accoppiamento non è disponibile, è responsabilità e obbligo del cliente far installare da un elettricista qualificato una presa a muro a tre (3) poli correttamente collegata a terra. I requisiti di alimentazione della tabella sono riportati nella sezione Dati tecnici.

### Prima di utilizzare questa apparecchiatura, seguire le seguenti precauzioni di sicurezza:

- Prima di utilizzare questa apparecchiatura assicurarsi di aver letto e compreso l'intero manuale.
- Spiegare l'uso corretto a tutti i dipendenti. Questa tabella deve essere utilizzata solo da personale qualificato e addestrato.
- Non superare mai il peso massimo supportato del tavolo.
- NON SEDERSI, APPOGGIARSI O ALTRIMENTI SOVRAPPESANTI INCLINABILI SEZIONE DEL TESTA O DEL BRACCIO. Queste sezioni inclinabili non sono destinate a sostenere più del peso della parte del corpo che il pezzo è destinato a sostenere.
- Collegare il tavolo solo a una presa dotata di messa a terra e collegata a un circuito con un interruttore automatico con fusibile in conformità con il National Electrical Code e codici e ordinanze locali.
- Utilizzare solo su superfici asciutte. Assicurarsi che i piedi del tavolo non scivolino.
- Assicurati che le rotelle siano bloccate.
- Questa tabella NON è per il trasporto del paziente.
- NON destinato all'uso con accessori diversi da quelli indicati in questo manuale.
- Non utilizzare il tavolo in un ambiente in cui sono presenti altri dispositivi che irradiano intenzionalmente energia elettromagnetica in modo non schermato.
- Spiegare sempre al paziente come salire e scendere correttamente dal tavolo. Aiutare il paziente a prevenire le cadute.
- Tenere sempre le mani del paziente posizionate sul lato superiore dei cuscini.
- Tenere mani e piedi lontani da parti in movimento e punti di schiacciamento.
- Assicurarsi che i comandi siano bloccati correttamente prima di posizionare o rilasciare il paziente.
- Non lasciare mai il paziente incustodito sul tavolo.
- Seguire le istruzioni di manutenzione preventiva fornite in questo manuale.

- Assicurarsi che tutti i componenti siano stati ispezionati per rilevare eventuali danni e siano perfettamente funzionanti.
- Ispezionare cavi e connettori prima di ogni utilizzo.

**Avvertenze e precauzioni** attraverso questo manuale sono indicati da simboli specifici. I simboli applicabili sono mostrati di seguito insieme a una descrizione del simbolo. Esaminare questi simboli e tutte le precauzioni di sicurezza prima di utilizzare il tavolo.

	<b>ATTENZIONE:</b> Il testo con un indicatore "ATTENZIONE" spiegherà possibili infrazioni alla sicurezza che potrebbero potenzialmente causare lesioni.
	<b>AVVERTIMENTO:</b> Il testo con l'indicatore "AVVISO" spiegherà possibili infrazioni alla sicurezza che potrebbero causare gravi lesioni e danni alle apparecchiature.
	<b>Punto di presa:</b> Indica lo spazio tra le parti mobili e fisse regolabili manualmente in cui le parti del corpo possono rimanere impigliate, causando lesioni lievi.
	<b>Avvertimento: Alta tensione</b>
	<b>Pericolo di schiacciamento:</b> Indica lo spazio tra le parti mobili e fisse che rappresentano un potenziale pericolo di schiacciamento.
	<b>Istruzioni per l'uso:</b> Indica la necessità per l'utente di consultare le istruzioni per l'uso.
	<b>PERICOLO DI ESPLOSIONE</b> Il testo con l'indicatore "RISCHIO DI ESPLOSIONE" spiegherà possibili infrazioni alla sicurezza se questa attrezzatura viene utilizzata in presenza di anestetici infiammabili.
	Contiene materiale elettronico. Riciclare e smaltire il dispositivo in modo appropriato in conformità con le leggi locali, statali e federali.
	Indica il produttore del dispositivo.
	Indica che il prodotto è un dispositivo medico.



**AVVERTIMENTO:** In nessun caso il tavolo deve essere modificato rispetto al suo design originale. Contatta Pivotal Health Solutions se hai bisogno di aiuto con il servizio.



**PERICOLO:** Possibile pericolo di esplosione se utilizzato in presenza di anestetici infiammabili.

## Installazione e disimballaggio:

**PER SOLLEVARE E SPOSTARE IL TAVOLO SONO NECESSARI MINIMO DUE PERSONE. SOLLEVATE IL TAVOLO DALLA STRUTTURA DI BASE!**



**AVVERTIMENTO:** Non installare/utilizzare questa apparecchiatura adiacente o impilata con altre apparecchiature in quanto potrebbe causare un funzionamento improprio. Se tale uso è necessario, questa apparecchiatura e le altre apparecchiature devono essere osservate per verificarne il normale funzionamento.

Dopo aver rimosso i pannelli superiore e laterale della cassa di spedizione, potresti notare bande metalliche e fascette in plastica. Questi sono usati per fissare varie sezioni del tavolo e devono essere rimossi. Una volta rimosse tutte le fascette e le fascette, il tavolo deve essere sollevato direttamente verso l'alto per liberare tutti i vincoli di spedizione.

Una volta che il tavolo è fuori dalla cassa di spedizione, posizionare il tavolo in una posizione piana e ispezionare i cuscini del tavolo, il telaio, i cavi, ecc. per danni. Se non si notano danni, collegare il tavolo e testare l'elevazione, i dislivelli e qualsiasi altra opzione presente sul tavolo. Contatta Pivotal Health Solutions o il tuo rivenditore per qualsiasi domanda o dubbio.

Se è stata acquistata la batteria opzionale, la batteria deve essere caricata continuamente per almeno 24 ore prima dell'uso.

**Istruzioni per merce danneggiata:** Il contenuto di questa spedizione è stato controllato e imballato da personale esperto. Se la tua azienda ha organizzato la spedizione, il danno deve essere annotato sulla polizza di carico prima di firmare per accettare la spedizione, quindi gli articoli danneggiati durante il trasporto devono essere segnalati immediatamente al corriere e devi presentare un reclamo da parte tua. Se il trasporto è stato organizzato da Pivotal Health Solutions, annotare eventuali danni sulla polizza di carico prima di firmare l'accettazione del prodotto e avvisare immediatamente Pivotal Health Solutions. La mancata ispezione per danni di spedizione prima di firmare per il prodotto può influire sulla garanzia. Non possiamo essere né responsabili né possiamo accettare la restituzione di merce danneggiata durante il trasporto durante la spedizione organizzata da soggetti esterni.



**AVVERTIMENTO:** Le apparecchiature di comunicazione RF portatili (comprese le periferiche come i cavi dell'antenna e le antenne esterne) devono essere utilizzate a una distanza non inferiore a 30 cm (12 pollici) da qualsiasi parte del lettino per trattamento Essential Thera-P Electric, compresi i cavi associati al trattamento Essential Thera-P Electric Tavolo. In caso contrario, potrebbe verificarsi un degrado delle prestazioni di questa apparecchiatura.

## Specifiche tecniche:

Numero di modello base	EPT9020	EPT9021	EPT9024	EPT9025	EPT9028	EPT9029
Nome del modello	Essential Thera-P Tavolo per il trattamento	Letto per il trattamento Essential Thera-P	Essential Thera-P bariatrico	Essential Thera-P bariatrico	Sezione essenziale di Thera-P Seven	Sezione essenziale di Thera-P Seven
Configurazioni cuscino disponibili	EPT01 EPT02 EPT03 EPT04 EPT05 EPT06 EPT3011 EPT3611 EPT3012 EPT3612 EPT3013 EPT3613 EPT3015 EPT3615	EPT01 EPT02 EPT03 EPT04 EPT05 EPT06 EPT3011 EPT3611 EPT3012 EPT3612 EPT3013 EPT3613 EPT3015 EPT3615	EPT11 EPT12 EPT13 EPT15	EPT11 EPT12 EPT13 EPT15	EPT77	EPT77
Tensione nominale	120V	240V	120V	240V	120V	240V
Opzioni di comando a pedale	S1075 S1077 S1078 S2078	Comando a pedale singolo per elevazione tavola (standard) Doppio comando a pedale per l'elevazione del tavolo Doppio controllo della barra del piede per l'elevazione del tavolo Controllo doppio e anteriore della barra del piede per l'elevazione del tavolo				
Altre opzioni	S1135 EPTPH01 EPT10001	Elevazione manuale della sezione centrale (solo EPT03 e EPT05) Portarotolo e taglierina Tappo per foro nasale				
Dimensioni	27" L x 77" L		40" L x 77" L		27" L x 77" L	
Altezza	17 - 35" H					
Angolo della sezione della testa	Da +40° a -90°				Da +35° a -45°	
Angolo dell'estremità inferiore	Da 0° a 65°				Da 0° a 75°	
Gamma orizzontale del bracciolo	Da 0° a 45°					
Gamma verticale del bracciolo	da 0 a 7"					
Schiuma	Cuscini in schiuma ad alta densità da 2 pollici con angoli arrotondati					
Frequenza nominale	50/60 Hz					
Corrente nominale	10A					
Tipo di fusibile	Nessun fusibile riparabile dall'utente					
Capacità di sollevamento	650 libbre	650 libbre		650 libbre		
Ciclo di lavoro	2 minuti acceso, 18 minuti spento					
Classificazione elettrica	Classe 1					
Tipo elettrico	 Type B					
Classificazione IP	Pedale - IPX1; altri componenti - vedi componente					
Cavo di alimentazione (120 V)	Lunghezza cavo 96 pollici (243 cm), 10 A, non schermato					
Cavo di alimentazione (240 V)	Lunghezza cavo 96 pollici (243 cm), 10 A, non schermato					



**AVVERTIMENTO:** Tenere il tavolo lontano da aree ad alta umidità. Solo per uso interno.

**Condizioni operative:** Questo tavolo deve essere utilizzato, tra 40 ° F (4,4 ° C) e 100 ° F (37,8 ° C), con un'umidità relativa compresa tra 30% e 80%.

**Condizioni di trasporto e conservazione:** Questo tavolo deve essere trasportato e conservato a temperature comprese tra -40° C (-40° F) e 70° C (158° F) con umidità relativa 10%-100%.

**Vita prevista:** Questo prodotto ha una durata prevista di circa 10 anni se maneggiato, sottoposto a manutenzione e ispezionato correttamente in conformità con queste istruzioni.

**Design e qualità:** Pivotal Health Solutions è certificata secondo ISO 13485, lo standard per l'industria dei dispositivi medici.

**Modifiche al prodotto:** Pivotal Health Solutions, Inc. si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso. Contatta il tuo rappresentante Pivotal Health Solutions per consigli e informazioni sugli aggiornamenti dei prodotti.

## Funzionamento:



**AVVERTIMENTO:** L'uso di accessori e cavi diversi da quelli specificati o forniti da Pivotal Health Solutions potrebbe causare un aumento delle emissioni elettromagnetiche o una diminuzione dell'immunità elettromagnetica e causare un funzionamento improprio.



**AVVERTIMENTO:** Non per il trasporto di pazienti.



**PERICOLO DI SCHIACCIAMENTO:** I componenti alimentati utilizzati per sollevare e abbassare questo tavolo presentano un potenziale pericolo di schiacciamento. **TENERE I BAMBINI LONTANI DALLA ZONA DI CURA.** Consentire solo al paziente e al personale autorizzato nell'area di trattamento.



**PUNTO DI PRESA:** Tenere sempre le mani del paziente posizionate sul lato superiore dei cuscini durante l'abbassamento, il sollevamento e l'inclinazione del lettino per evitare potenziali punti di schiacciamento.

**Nota per l'utente:** Se si verifica un incidente grave, segnalare l'incidente alle soluzioni Pivotal Health. (Vedere la sezione con le informazioni di contatto del produttore per i dettagli di contatto). Se l'incidente si verifica nell'UE, segnalare qualsiasi incidente grave anche all'Autorità Competente dello Stato membro in cui è stabilito l'utente e/o il paziente.

### Assistenza al paziente sul tavolo:

- 1) Assicurarsi che il tavolo sia nella posizione più bassa e in configurazione piatta prima di iniziare.
- 2) Il medico o il personale addestrato dovrebbero sempre assistere il paziente sul lettino. Non permettere al paziente di salire sul lettino da solo.
  - a. Il paziente dovrebbe sedersi sul cuscino centrale e poi sollevare i piedi sul tavolo.
  - b. Il paziente non dovrebbe sedersi agli angoli del tavolo né all'estremità della testa né a quella del piede.
- 3) Il paziente deve controllare gli indumenti per chiavi, portafoglio, cintura o qualsiasi altro oggetto che possa causare disagio durante il trattamento o danneggiare la tappezzeria.
- 4) Non lasciare mai il paziente incustodito mentre è sul tavolo.

**NON SEDERSI, MAGRA O ALTRO TESTINA  
INCLINABILE SOVRAPPESO O SEZIONI DEL BRACCIO**

### Operazione da tavolo:


- 1) Per iniziare il trattamento, Assicurarsi che il tavolo sia nella posizione più bassa e in configurazione piatta prima di iniziare.
- 2) Posizionare il paziente sul lettino come indicato sopra.
- 3) Se il lettino è in posizione abbassata, sollevarlo all'altezza desiderata per il trattamento una volta che il paziente è in posizione.
  - a. Se viene utilizzata la batteria opzionale, premere il pulsante ON per > 1 secondo prima di sollevare il tavolo.
  - b. Se il LED della batteria lampeggia in arancione, la batteria dovrebbe essere carica.
- 4) Eseguire il trattamento desiderato. Fare riferimento alla sezione "Funzionamento" e/o alle funzioni dei singoli componenti di seguito per il funzionamento di funzioni specifiche della tabella.
- 5) Dopo il trattamento, riportare il lettino a una configurazione piana e dritta.
  - a. Se viene utilizzata la batteria opzionale, premere il pulsante OFF per > 3 secondi per spegnere la batteria al termine del trattamento.

### Assistenza al paziente fuori dal tavolo:

- 1) Avvertire il paziente a non alzarsi dal lettino da solo in modo da evitare qualsiasi sforzo che potrebbe invalidare il trattamento e per assicurarsi che il paziente non sia stordito da sdraiarsi che può causare squilibrio.
- 2) Consentire al paziente di ottenere il pieno equilibrio prima di raggiungere una posizione eretta. La migliore pratica è quella di tenere sempre d'occhio il paziente.

## Opzioni e caratteristiche della tabella:

### Installazione della batteria:



### Interpretazione del LED della batteria per la determinazione dello stato quando sul tavolo:

Status	Capacity	LED	
Hi charging	>80%	Green	Continuous on
Charging	<80%	Green	Short dimming (1 sec / 1 sec)
Hi battery	>25%	Green	Long dimming (0.5 sec / 4 sec)
Low battery	<25%	Orange	Long dimming (0.5 sec / 4 sec)
Protection	<20%	-	Off
Failure	-	Orange	Continuous on

### Interpretazione del LED della batteria per la determinazione dello stato durante la ricarica:

Nota: Da batteria scarica a batteria completamente carica occorrono circa 10 ore.

When charge by TP7C, TBB7 LED become off, and the status only shown on TP7C-

Status	Capacity	LED	
Hi charging	>80%	Green	continuous on
Charging	<80%	Orange	continuous on

### Elevazione:

- Utilizzare il pedale per la regolazione dell'altezza del tavolo o la barra per i piedi opzionale per alzare e abbassare l'altezza del tavolo.

### Barra del piede: (Opzionale)

- Passo sulla barra dei piedi per alzare il tavolo. Rilasciare nella posizione desiderata. Sollevare la barra del piede con la punta della scarpa per abbassare il tavolo.

### **Sezione centrale in elevazione: (Opzionale)**

- Far scorrere la leva di rilascio in avanti per rilasciare il fermo sul cuscino centrale. Allo stesso tempo, sollevare il cuscino centrale per sollevarlo all'angolazione desiderata. La posizione del cuscino si bloccherà automaticamente. Per abbassare, sostenere il cuscino e la leva di blocco della rotazione per sbloccare il cuscino. Abbassare il cuscino all'angolazione desiderata e rilasciare la leva di blocco della rotazione. Per bloccare la sezione centrale verso il basso, ruotare la leva di blocco per sbloccare il cuscino, quindi premere con forza sul cuscino per agganciarlo.

### **Inclinazione del copricapo: (Opzionale)**

- Sollevare il copricapo per inclinarlo verso l'alto. Se il tavolo è dotato di inclinazione elettrica del cuscino della testa, premere SU sulla pulsantiera. La posizione del cuscino si bloccherà automaticamente. Per abbassare, sostenere il cuscino e la leva di blocco della rotazione per sbloccare il cuscino. Abbassare il cuscino all'angolazione desiderata e rilasciare la leva di blocco della rotazione.

### **Altre sezioni di inclinazione: (Opzionale)**


- Sollevare il cuscino per inclinarsi. La posizione del cuscino si bloccherà automaticamente. Per abbassare, sostenere il cuscino e la leva di blocco della rotazione per sbloccare il cuscino. Abbassare il cuscino all'angolazione desiderata e rilasciare la leva di blocco della rotazione. Assicurati di tenere i cuscini di fianco, non le estremità per evitare punti di pizzicamento.

### **Sezione mediana elevabile elettrica (solo PT9028, PT9029):**

- L'EPT9028 e l'EPT9029 vengono forniti di serie con la sezione centrale elevabile elettrica sulla configurazione del tavolo a 7 sezioni. La parte centrale elevabile elettricamente è azionata con un comando manuale che presenta l'opzione su e giù.

### **Sezione centrale elevabile o Liftback opzionale (3 sezioni)**

- Se il tavolo è dotato di elevazione della sezione centrale e alzata posteriore sollevabile, utilizzare la pulsantiera in dotazione per alzare e abbassare la sezione come indicato di seguito.



## Manutenzione preventiva:



**AVVERTIMENTO:** Scollegare il tavolo dalla fonte di alimentazione prima di pulire le parti meccaniche per evitare lesioni personali.

### ISPEZIONE:

Almeno mensilmente il tavolo deve essere accuratamente ispezionato per usura, componenti e componenti allentati e altri danni.

- Ispezionare il tavolo per assicurarsi che non vi siano danni esterni o hardware allentato. Serrare l'hardware allentato. L'hardware che non si stringe deve essere sostituito.
- Ispezionare il tavolo per segni evidenti di danni o usura come saldature incrinare, bulloni allentati, cavi sfilacciati o danneggiati. Non utilizzare un tavolo con cavi danneggiati.
- Controllare i componenti mobili (elettrici e non elettrici) per verificarne la funzionalità.
- Controllare i componenti per assicurarsi che si blocchino e funzionino correttamente.
- **Contatta Pivotal Health Solutions per domande o dubbi.**

### LUBRIFICAZIONE:

Si consiglia di lubrificare i cuscinetti di trasmissione della tavola ogni sei (6) mesi utilizzando un olio leggero per macchine come l'olio 3 in 1. Non lubrificare eccessivamente in quanto non ha alcun valore e raccoglierà polvere e sporco. Pulisci il meccanismo del tavolo rimanente con uno straccio pulito.

## Pulizia e cura della tappezzeria:



**ATTENZIONE:** Leggere attentamente, una pulizia impropria invaliderà la garanzia. Non utilizzare mai detersivi a base di alcol.

**DISINFEZIONE:** C'è una salvietta disinfettante sul mercato chiamata *Salviettine Ultra Disinfettanti Protex*. Molti dei nostri clienti li usano.

**PER LE PULIZIE GIORNALIERE:** Una soluzione al 10% di detersivo per piatti liquido per uso domestico delicato con acqua tiepida, applicata con un panno morbido inumidito. Sciacquare con acqua pulita e asciugare.

**PER LE MACCHIE:** Inumidire un panno bianco morbido in una soluzione uno a uno (1:1) di Fantastik® e acqua OPPURE Formula 409® e acqua. Strofinare delicatamente e risciacquare con un panno inumidito con acqua.

**PER MACCHIE PIU' DIFFICILI:** Inumidire un panno bianco morbido con una soluzione di candeggina per uso domestico (10% candeggina / 90% acqua). Strofinare delicatamente e risciacquare con un panno inumidito con acqua per rimuovere la concentrazione di candeggina.

**COSA NON USARE:** Usando i detersivi sbagliati ANNULLA LA TUA GARANZIA e spezzerei, asciugherai e distruggerai il tuo vinile. Non utilizzare detersivi che contengano alcol, prodotti chimici aggressivi o abrasivi.

## Servizio:

**Fare riferimento alla sezione Garanzia in questo manuale per informazioni specifiche sulla garanzia.**

Quando si sostituiscono parti usurate, utilizzare parti originali Pivotal Health Solutions, Inc. contattando il nostro servizio di assistenza. Quando si ordinano parti di ricambio:

- Richiedere il servizio di assistenza, 800-743-7738
- Tenere a portata di mano il numero del modello e il numero di serie
- Specificare le parti in base ai numeri/descrizione di seguito

## Risoluzione dei problemi:

Senza energia	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Verificare i collegamenti di alimentazione.</li><li>2. Verificare che la presa funzioni e che l'interruttore non sia scattato.</li><li>3. <i>Se il problema persiste, contattare Pivotal Health Solutions.</i></li></ol>
Elevazione: Il tavolo non si alzerà o non si abbasserà.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Verificare che il tavolo sia a casa abbassando tutte le sezioni del tavolo in piano in direzione orizzontale.</li><li>2. Verificare se il cavo che va dal comando a pedale alla scatola di controllo è collegato correttamente.</li><li>3. Cerca danni ai controlli.</li><li>4. Assicurati che la presa funzioni correttamente.</li><li>5. <i>Se il problema persiste, contattare Pivotal Health Solutions.</i></li></ol>
Se senti un rumore insolito.	<i>Contatta le soluzioni sanitarie fondamentali</i>
LED arancione sulla batteria durante l'uso.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Se il LED della batteria lampeggia in arancione durante l'uso, posizionare la batteria sul caricabatterie e caricare la batteria.</li></ol> Se il LED della batteria diventa arancione fisso e non si carica, contattare Pivotal Health Solutions.

## Informazioni tecniche:

Pivotal Health Solutions metterà a disposizione, su richiesta, schemi circuitali, elenchi di componenti, descrizioni, istruzioni di calibrazione o altre informazioni utili al personale di servizio.

## Rivendita o smaltimento:



Un lettino terapeutico è considerato un dispositivo medico dalla Food and Drug Administration. Pertanto, è necessario che Pivotal Health Solutions, Inc. venga informato se il tavolo viene venduto, distrutto o altrimenti smaltito. Si prega di avvisare per iscritto fornendo il proprio nome e il numero di serie del proprio tavolo a:

**Soluzioni sanitarie fondamentali**

**Attenzione: Qualità**

**3003 9<sup>th</sup> Ave. SW**

**Watertown, SD 57201**



Riciclare e smaltire il dispositivo in modo appropriato in conformità con le leggi locali, statali e federali. Nel corso degli anni, tonnellate di apparecchiature elettroniche con materiali pericolosi sono state gettate insieme ai rifiuti standard. Nel tempo, questi materiali fuoriescono dall'elettronica causando danni all'ambiente. È importante cercare di smaltire correttamente i dispositivi ritirati al fine di prevenire danni al nostro ambiente.

Parti di ricambio:



Comando manuale (EPT9028,  
EPT9029)



NOTA: Questi tavoli possono avere diverse configurazioni di cuscini. Si prega di contattare Pivotal Health Solutions per i dettagli del cuscino sostitutivo.

<b><u>Nome della parte</u></b>	<b><u>Numero di parte</u></b>
Cuscino per la testa (3PC, 27")	PT30031-xxx
Cuscino pettorale (3PC, 27")	PT30032-xxx
Cuscino per le gambe (3PC, 27")	PT30033-xxx
Leva Fissa Maniglia Nera	S1123
Finecorsa esterno	S1187
Ruota sterzante bloccabile	S1181
Vite di fermo per rotelle M6-1,0 x 16 mm	LDS1012
Pedale di comando a pedale singolo	S1075
Pedale di comando a doppio pedale	S1077
Doppio controllo della barra del piede	S1158
Comando manuale (EPT9028 e EPT9029)	S1195

\*xxx è un segnaposto per il codice colore. Contatta Pivotal Health per il codice colore appropriato per la tua tavola.

## Garanzia:

I dettagli sulla garanzia sono disponibili all'indirizzo: <https://www.phsmedicalsolutions.com/customer-service/service-and-warranty>

**Nota:** I periodi di garanzia elencati si applicano solo ai prodotti acquistati in condizioni nuove. Tutti i tavoli venduti come difetto di fabbrica o usati sono venduti "così come sono" e sono limitati a un (1) anno di garanzia solo sul telaio, a partire dalla data di consegna.

**Nota per l'utente:** Se si verifica un incidente grave, segnalare l'incidente alle soluzioni Pivotal Health. (Vedere la sezione con le informazioni di contatto del produttore per i dettagli di contatto). Se l'incidente si verifica nell'UE, segnalare qualsiasi incidente grave anche all'Autorità Competente dello Stato membro in cui è stabilito l'utente e/o il paziente.

## Informazioni di contatto del produttore:

Rev L 10-18-2024



**Pivotal Health Solutions, Inc.**  
3003 9<sup>th</sup> Ave. SW  
Watertown, SD 57201  
USA



800-743-7738



011-1-605-753-0110



Fax: 605-882-8398



[service@pivotalhealthsolutions.com](mailto:service@pivotalhealthsolutions.com)



[www.pivotalhealthsolutions.com](http://www.pivotalhealthsolutions.com)



Emergo Europe  
Westervoortsedijk 60  
6827 AT Arnhem  
The Netherlands



Sissel France SAS  
14 rue des Grandes Bosses  
44220 Couron  
France



UK Responsible Person  
Emergo Consulting (UK) Limited  
Compass House, Vision Park Histon  
Cambridge CB24 9BZ  
United Kingdom



Performance Health International Ltd.  
Nunn Brook Rd, Huthwaite Sutton-Ashfield,  
Nottinghamshire NG17 2HU  
United Kingdom



MedEnvoy  
Gotthardstrasse 28  
6302 Zug  
Switzerland



Medidor AG  
Lenzburgerstrasse 2  
CH-5702 Niederlenz  
Switzerland