

Behandeltafel Handleiding

Geldt voor de volgende modellen:

MD

ES5820

ES5821

ES5822

ES5823

REF

ES5824

ES5825



Belangrijk! Deze gebruikershandleiding bevat belangrijke informatie voor de gebruiker van het product. Iedereen die dit product gebruikt, moet de inhoud ervan bekijken en volledig begrijpen. Denk eraan deze handleiding op een plaats te bewaren waar deze altijd beschikbaar is voor degenen die het product gebruiken.

Inhoudsopgave:

Invoering:	2
Veiligheidsmaatregelen en definities:	3
Installatie & Uitpakken:.....	5
Installatie van patiëntschakelaar:	6
Technische specificaties:.....	7
Tafelkennismaking:	8
Operatie:	9
Auto-aanspanning controles:.....	14
Preventief onderhoud:.....	14
Bekleding reinigen en onderhouden:	15
Onderhoud:.....	16
Probleemoplossen:	16
Vervangingsonderdelen:.....	18
Garantie:	19
Fabrikantinformatie:	19

Invoering:

Het ontwerp van onze ErgoStyle™ FX Flexion Distraction-tafel biedt volledige, ultrasoepele, gecompenseerde flexie, afleiding of circumductie en voldoet moeiteloos aan de kernbehoeften van uw praktijk. Handmatige flexie/distractie is direct ingebouwd, met een traploos instelbare elektrische veerspanning, zodat u het caudale gedeelte met slechts één vingerbeweging in elke richting kunt bewegen. Voor extra flexibiliteit kan de tafel ook stil worden verhoogd van de laagste hoogte van 20" tot zijn volledige hoogte van 32". Het volledig modulaire ontwerp maakt upgrades nu of in de toekomst mogelijk, inclusief handmatige drops, automatisch spannende drops, automatische flexie, verschillende hoofddeksels en vele andere opties.

Beoogd gebruik: De FX tafel is een verstelbare behandeltafel bedoeld voor gebruik in een professionele medische omgeving ter ondersteuning van patiënten tijdens behandelingen.

Veiligheidsmaatregelen en definities:



WAARSCHUWING: Laat de patiënt nooit onbeheerd achter op tafel.



VERPLETTERINGSGEVAAR: Aangedreven componenten die worden gebruikt om deze tafel omhoog en omlaag te brengen, vormen een potentieel gevaar voor beknelling. HOUD KINDEREN BIJ DE BEHANDELINGSGEBIED. Laat alleen de patiënt en bevoegd personeel toe in de behandelruimte.



ELEKTRISCHE VERBINDING: Voor uw persoonlijke veiligheid moet deze tafel geaard zijn. Deze tafel is uitgerust met een voedingskabel met een drie (3) polige aardingsstekker. Om het risico op schokken tot een minimum te beperken, moet de stekker worden aangesloten op een bijpassende drie (3) geaarde wandcontactdozen, geaard in overeenstemming met de National Electrical Code en lokale codes en verordeningen. Als er geen bijpassende wandcontactdoos beschikbaar is, is het de verantwoordelijkheid en verplichting van de klant om een goed geaarde wandcontactdoos met drie (3) pinnen te laten installeren door een gekwalificeerde elektricien. De stroomvereisten van de tabel zijn te vinden in het hoofdstuk Technische gegevens.

Volg de volgende veiligheidsmaatregelen voordat u deze apparatuur gebruikt:

- Zorg ervoor dat u deze hele handleiding hebt gelezen en begrepen voordat u deze apparatuur gebruikt.
- Een door de staat erkende arts of zorgverlener moet beoordelen of de gezondheid en fysieke conditie van de patiënt voldoende zijn voor chiropractische behandelingen die plaatsvinden terwijl de patiënt zich op de behandeltafel bevindt. De behandeling moet plaatsvinden onder toezicht van een erkende zorgverlener.
- Overschrijd nooit het maximaal ondersteunde gewicht van de tafel.
- Sluit de tafel alleen aan op een stopcontact dat geaard is en is aangesloten op een circuit met een gezeekerde stroomonderbreker in overeenstemming met de National Electrical Code en lokale codes en verordeningen.
- Alleen gebruiken op droge oppervlakken. Zorg ervoor dat de tafelpoten niet verschuiven.
- De tafel is NIET voor ziekenvervoer.
- NIET bedoeld voor gebruik met andere accessoires dan die aangegeven in deze handleiding.
- Gebruik de tafel niet in een omgeving waar andere apparaten aanwezig zijn die opzettelijk elektromagnetische energie op een niet-afgeschermd manier uitstralen.
- Leg de patiënt altijd uit hoe hij op de juiste manier op en van de tafel komt. Zorg ervoor dat u de patiënt helpt om vallen te voorkomen.
- Houd de handen van de patiënt te allen tijde op de bovenzijde van de kussens.
- Houd handen en voeten uit de buurt van bewegende delen en knelpunten.
- Zorg ervoor dat de bedieningselementen goed zijn vergrendeld voordat u de patiënt plaatst of loslaat.
- Laat de patiënt nooit onbeheerd achter op de tafel.
- Volg de instructies voor preventief onderhoud in deze handleiding.
- Zorg ervoor dat alle componenten zijn geïnspecteerd op schade en volledig functioneel zijn.
- Inspecteer kabels en connectoren voor elk gebruik.
- Neem contact op met Pivotal Health Solutions op 1-800-743-7738 als u hulp nodig heeft.

Waarschuwing en voorzorgsmaatregelen in deze handleiding worden aangegeven met specifieke symbolen. Hieronder worden de toepasselijke symbolen weergegeven, samen met een beschrijving van het symbool. Bekijk deze symbolen en alle veiligheidsmaatregelen voordat u de tafel bedient.

	VOORZICHTIGHEID: Tekst met een "VOORZICHTIG"-indicator geeft uitleg over mogelijke veiligheidsovertredingen die mogelijk letsel kunnen veroorzaken.
	WAARSCHUWING: Tekst met "WAARSCHUWING"-indicator geeft uitleg over mogelijke veiligheidsovertredingen die mogelijk ernstig letsel en schade aan apparatuur kunnen veroorzaken.
	Knijppunt: Geeft ruimte aan tussen handmatig verstelbare bewegende en stilstaande delen waar lichaamsdelen kunnen worden gegrepen, wat kan leiden tot licht letsel.
	Waarschuwing: Hoog voltage
	Verpletteringsgevaar: Geeft ruimte aan tussen aangedreven bewegende en stationaire onderdelen die een potentieel gevaar voor beknelling vormen.
 	Gebruiksaanwijzing: Geeft aan dat de gebruiker de gebruiksaanwijzing moet raadplegen.
	EXPLOESIEGEVAAR Tekst met de indicator "EXPLOESIEGEVAAR" geeft uitleg over mogelijke veiligheidsovertredingen als deze apparatuur wordt gebruikt in de aanwezigheid van ontvlambare anesthetica.
	Bevat elektronische materialen. Recycle het apparaat en voer het op de juiste manier af in overeenstemming met de lokale, provinciale en federale wetten.
	Geeft de fabrikant van het apparaat aan.
	Geeft aan dat het product een medisch hulpmiddel is.



WAARSCHUWING: De tafel mag in geen geval worden gewijzigd ten opzichte van het oorspronkelijke ontwerp. Neem contact op met Pivotal Health Solutions als u hulp nodig heeft bij de service.



GEVAAR: Mogelijk explosiegevaar bij gebruik in aanwezigheid van ontvlambare anesthetica.



WAARSCHUWING: Ga niet op het hoofdgedeelte van de tafel zitten.

Installatie & Uitpakken:

ER ZIJN MINIMAAL TWEE PERSONEN NODIG OM DE TAFEL OP TE HEFFEN EN TE VERPLAATSEN. HEF DE TAFEL OP AAN HET BASISFRAME!



WAARSCHUWING: Til de tafel niet op aan het hoofdgedeelte of de armsteun.



WAARSCHUWING: Installeer/gebruik deze apparatuur niet naast of gestapeld op andere apparatuur, aangezien dit kan leiden tot een onjuiste werking. Als dergelijk gebruik noodzakelijk is, moeten deze apparatuur en de andere apparatuur worden geobserveerd om te controleren of ze normaal werken.

Nadat u de boven- en zijpanelen van de transportkrat hebt verwijderd, ziet u mogelijk metalen banden en plastic kabelbinders. Deze worden gebruikt om verschillende delen van de tafel vast te zetten en moeten worden verwijderd. Nadat alle banden en kabelbinders zijn verwijderd, moet de tafel direct omhoog worden getild om alle transportbeperkingen te verwijderen.

Zodra de tafel uit de transportkrat is, plaatst u de tafel op een vlakke locatie en inspecteert u de tafelkussens, het frame, de kabels, enz. op schade. Als er geen schade wordt opgemerkt, sluit u de tafel aan en test u de hoogte, dalingen en andere opties die op uw tafel staan. Neem bij vragen of opmerkingen contact op met Pivotal Health Solutions of uw dealer.

Instructies voor beschadigde koopwaar: De inhoud van deze zending is gecontroleerd en verpakt door ervaren personeel. Als uw bedrijf de verzending heeft geregeld, moet de schade op de vrachtbrief worden vermeld voordat u tekent om de zending te accepteren, dan moeten artikelen die tijdens het transport zijn beschadigd onmiddellijk worden gemeld aan de transporteur en moet u een claim indienen. Als de vracht werd geregeld door Pivotal Health Solutions, noteer dan eventuele schade op de vrachtbrief voordat u de acceptatie van het product ondertekent en stel Pivotal Health Solutions onmiddellijk op de hoogte. Als u niet op transportschade controleert voordat u voor het product tekent, kan dit van invloed zijn op uw garantie. We kunnen niet verantwoordelijk zijn voor, noch kunnen we de retourzending accepteren van goederen die tijdens het transport beschadigd zijn geraakt tijdens verzending die is geregeld door externe partijen.



WAARSCHUWING: Draagbare RF-communicatieapparatuur (inclusief randapparatuur zoals antennekabels en externe antennes) mag niet dichterbij dan 30 cm (12 inch) van enig onderdeel van de ErgoStyle™ FX Behandeltafel inclusief kabels behorend bij de ErgoStyle™ FX Behandeltafel. Anders kan de prestatie van deze apparatuur afnemen.

Installeer de patiëtschakelaar:

Installatie van patiëtschakelaar:




Bevestig de patiëtschakelaar door het mannelijke uiteinde van de kabel in de aansluiting van de patiëtschakelaar te steken. Het bakje bevindt zich aan de voorkant van de tafel bij de linker armleuning. NOTITIE: De patiëtschakelaar moet zijn



Test de patiëtschakelaar door op de knop te drukken. Terwijl de tafel draait, wordt de behandeling gestopt door één keer op de knop te drukken, een constante hoorbare toon klinkt, de tafel keert terug naar de neutrale positie en stopt. De hoorbare toon kan worden gestopt door op de Start/Stop-knop te drukken, waardoor de behandeling wordt afgebroken. Als u de knop Patiëtschakelaar ingedrukt houdt tijdens de constante hoorbare toon, wordt de comfortzone ingeschakeld.

De tafel waterpas stellen met de Glide Leveler-aanpassing:

Stel de voorste glijhendel af totdat deze op gelijke hoogte staat met de achterste vaste glij-leveller. Draai de voorste glij-leveller vast met een gewone sikkelsleutel.



Technische specificaties:

Basismodelnummer:	ES5820	ES5821	ES5822	ES5823	ES5824	ES5825
Beschrijving	Ergostyle FX met handmatige drops	Ergostyle FX met handmatige drops	Ergostyle FX met 3 automatisch spannende druppels	Ergostyle FX met 3 automatisch spannende druppels	Ergostyle FX met 3 automatisch spannende druppels en afleiding op lange assen	Ergostyle FX met 3 automatisch spannende druppels en afleiding op lange assen
Nominale spanning	120V	240V	120V	240V	120V	240V
Nominale frequentie:	50Hz / 60Hz					
Nominale stroom	2,7 Amp					
Lont	T 6.3 AL. 220 V 5 x 20 mm					
Arbeidscyclus	Intermitterend 1 minuut aan, 9 minuten uit					
Elektrisch type:	 Type B					
Totale afmetingen	70" L x 28" B x 20-32" H					
Verlengde lengte met enkelverlenging	78" L					
Kussen Breedte	22,5 "W					
Maximale flexiehoek	15°					
Maximale verlengingshoek	12°					
Zijwaarts buigen	30°					
Hefvermogen	400 pond. (182kg)					
Verzendgewicht:	320 pond. (145 kg)					
Patiëntschakelaar:	212 cm (84 inch) lang, Crest Healthcare 7700W-7					
Netsnoer (120V)	243 cm (96 in) kabellengte, 10A, niet afgeschermd					
Netsnoer (240V)	Stekker verschilt per land: 250 cm (98") lang, 10A, niet afgeschermd					



WAARSCHUWING: Houd de tafel uit de buurt van vochtige ruimtes. Alleen voor Gebruik binnenshuis.

Bedrijfsomstandigheden: Deze tafel moet worden gebruikt tussen 40 ° F (4,4 ° C) en 100 ° F (37,8 ° C), met een relatieve vochtigheid van 30% - 80%.

Transport- en opslagvoorwaarden: Deze tafel moet worden vervoerd en opgeslagen bij temperaturen tussen - 40 ° C (-40 ° F) en 70 ° C (158 ° F) met een relatieve vochtigheid van 10% - 100%.


Verwachte levensduur: Dit product heeft een geschatte verwachte levensduur van 10 jaar wanneer het correct wordt behandeld, onderhouden en geïnspecteerd in overeenstemming met deze instructies.

Ontwerp en kwaliteit: Pivotal Health Solutions is gecertificeerd volgens ISO 13485, de norm voor de medische hulpmiddelenindustrie.

Productwijzigingen: Pivotal Health Solutions, Inc. behoudt zich het recht voor om productwijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving. Neem contact op met uw Pivotal Health Solutions-vertegenwoordiger voor advies en informatie over productupgrades.

Tafelkennismaking:

1.	Bediening van de hoogte-ontgrendeling van de zendspoel	9.	Lumbale druppelspanhendel	17.	Auto Flexion-gebruikersinterface
2.	Bediening voor kantelen van de zendspoel	10.	Controle van de lumbale valsparing	18.	Automatische aanspanningsbediening
3.	Aanpassing hoofdkussen (gezichtsbreedte)	11.	Bekkendaling spanhendel	19.	Verstelbare glij-levellers
4.	Forward Drop Cocking Hendel	12.	Bekkendaling spanhendel	20.	Vaste Glide Levelers
5.	Forward/Toggle Drop spanningsregeling	13.	T-Bar Ontgrendelknop	21.	Bedieningspedaal voor automatisch spannen
6.	Breakaway/Elevating Chest Release	14.	Enkel ontgrendelingshendel	22.	Hoogte-/flexiespanningsregeling
7.	Thoracale druppelspanhendel	15.	Automatische flexie/handmatige flexievergrendeling	23.	Contactdoos patiëntschakelaar
8.	Thoracale valsparingscontrole	16.	Laterale flexiehendel		



Operatie:

Federale wetgeving beperkt de verkoop van dit apparaat voor gebruik door of op voorschrift van een arts of met de aanwijzing van andere beoefenaars die geautoriseerd zijn door de wet van de staat waarin de persoon oefent om het apparaat te gebruiken of te bestellen.



WAARSCHUWING: Het gebruik van andere accessoires en kabels dan die gespecificeerd of geleverd door Pivotal Health Solutions kan leiden tot verhoogde elektromagnetische emissies of verminderde elektromagnetische immuniteit en tot onjuiste werking.



WAARSCHUWING: Niet voor ziekenvervoer.



VERPLETTERINGSGEVAAR: Aangedreven componenten die worden gebruikt om deze tafel omhoog en omlaag te brengen, vormen een potentieel gevaar voor beknelling. HOUD KINDEREN BIJ DE BEHANDELINGSGBIED. Laat alleen de patiënt en bevoegd personeel toe in de behandelruimte.



KNIPPUNT: Houd de handen van de patiënt altijd op de bovenkant van de kussens bij het neerlaten, omhoog brengen en kantelen van de tafel om mogelijke knelpunten te voorkomen.

Patiënt op tafel helpen:

- 1) De behandelaar of geschoold personeel moet de patiënt altijd op de tafel helpen. Laat de patiënt niet alleen op de tafel gaan zitten.
- 2) De patiënt moet de kleding controleren op sleutels, portemonnee, riem of andere items die tijdens de behandeling ongemak kunnen veroorzaken of de bekleding kunnen beschadigen.
- 3) Laat de patiënt nooit onbeheerd achter terwijl hij op tafel ligt.

Tafelbediening:

- 1) Om de behandeling te starten, plaatst u de patiënt op de tafel.
- 2) Als de tafel in de laagste stand staat, til hem dan op tot de gewenste hoogte voor behandeling zodra de patiënt op zijn plaats zit.
- 3) Voer de gewenste behandeling uit. Raadpleeg het gedeelte 'Bediening' en/of de afzonderlijke componentfuncties hieronder voor de bediening van specifieke tabelfuncties.
- 4) Zet de tafel na de behandeling terug in een vlakke en rechte configuratie.

Patiënt van tafel helpen:

- 1) Waarschuw de patiënt om niet alleen van de tafel op te staan om spanning te voorkomen die de behandeling zou kunnen annuleren, en om ervoor te zorgen dat de patiënt niet licht in het hoofd wordt door te gaan liggen, wat onbalans kan veroorzaken.
- 2) Laat de patiënt volledig in balans komen voordat hij in een staande positie komt. Het beste is om de patiënt te allen tijde bij de hand te houden.

Kopstuk met voorwaartse en toggle drop:

- Om de zendspoel omhoog te brengen, trekt u de zendontgrendeling van de zendspoel omhoog
- Om de zendspoel te laten zakken, trekt u de zendspoelhendel naar achteren en drukt u voorzichtig op de zendspoel. Dit is een zelfsluitende besturing.
- Om de zendspoel te kantelen, trekt u de zendontgrendeling van de zendspoel naar achteren. Als u de knop loslaat, wordt de zendspoel automatisch vergrendeld op de door u gekozen positie. Om de Forward Motion Drop in te schakelen of te "aanspannen", drukt u op de Forward Drop Cocking Hendel.
- Om de spanning voor het vasthouden van de druppel aan te passen, past u de Voorwaartse/Toggle Drop-spanningsregeling aan. De voorwaartse bewegingsdruppel valt in voorwaartse richting wanneer deze wordt losgelaten.
- De Toggle Drop kan worden gespannen door het achterste gedeelte van het hoofdkussen dat zich het dichtst bij het thoracale/lumbale kussen bevindt omhoog te trekken. Draai aan de Forward/Toggle Drop Tension Control
- Om het houdvermogen te vergroten of te verkleinen. De tuimelschakelaar valt in een rechte neerwaartse beweging.

Afgescheiden/verheffende kist (optioneel): Het borstgedeelte van de tafel kan worden aangepast voor veerwerking of worden gepositioneerd om onder verschillende hoeken vast te houden.

- Draai aan de Breakaway/Elevating Chest Release om het borstgedeelte te vergrendelen of ontgrendelen.
- Om het borstgedeelte van de tafel in een bepaalde hoek te plaatsen, ontgrendelt u eerst de Breakaway/Elevating Chest Release, verplaatst u het borstgedeelte in de gewenste hoek en vergrendelt u vervolgens de Breakaway/Elevating Chest Release om de nieuwe positie vast te houden.

Thoracale handmatige val (optioneel): Om de Thoracic Drop te spannen, trekt u de Thoracic Drop Cocking Lever omhoog.

- Om het vasthoudvermogen van het druppelgedeelte aan te passen, draait u aan de thoracale valspanningsregeling om het vasthoudvermogen te vergroten of te verkleinen.

Lumbale handmatige val (optioneel): Om de lumbale druppel te spannen, trekt u de spanhendel van de lumbale druppel omhoog.

- Om het houdvermogen van het neerzetgedeelte aan te passen, draait u aan de lumbale valspanningsregeling om het houdvermogen te vergroten of te verkleinen.

Bekken handmatig laten vallen (optioneel): Om de bekkendruppel te spannen, trekt u de bekkenbodenhendel omhoog.

- Om het vasthoudvermogen van het valgedeelte aan te passen, draait u aan de bekkenspanningsregeling om het houdvermogen te vergroten of te verkleinen.

Bekken sectie: Het bekkengedeelte van de ErgoStyle FX-tafel kan in twee richtingen bewegen: Flexie/extensie en zijwaarts buigen.

- De enkelsteun beweegt mee met het bekkengedeelte in een van deze richtingen.
- **Flexie en extensie:** Om de tafel in deze twee richtingen te verplaatsen, draait u de AutoFlexion/Manual Flexion Lock naar de voorkant van de tafel. De tafel zal nu in flexie en extensie bewegen.
- Het gewicht van de patiënt wordt gecompenseerd door ervoor te zorgen dat de tafel in de neutrale stand staat, door op de spanknop van de Autoflexion-gebruikersinterface te drukken en vervolgens op een van beide zijden van het voetpedaal te drukken. Om elke positie vast te houden, draait u de Auto Flexion/Manual Flexion Lock naar de achterkant van de tafel.

- **Zij buigen:** Trek de hendel voor laterale flexie omhoog en duw hem over om het bekkengedeelte te ontgrendelen, zodat een zijwaartse beweging mogelijk is. Om in elke positie te vergrendelen, trekt u de hendel voor laterale flexie over en duwt u deze in.

Enkelsteun: Om de enkelsteun te verlengen, trekt u de enkelontgrendelingshendel naar achteren en trekt u de enkelsteun weg van de tafel.

T-balk: T-Bar kan 360° in de houder worden gedraaid en is afneembaar van de tafel. Door de ontgrendelknop van de T-Bar los te draaien, kunt u de T-Bar om zijn as draaien en vervolgens weer vastdraaien om de gewenste positie vast te houden. Om de T-Bar te verwijderen, maakt u de ontgrendelingsknop van de T-Bar los en trekt u de T-Bar voorzichtig omhoog.

Tafel Hoogte Aanpassing Druk op het voetpedaal voor tafelhoogte om de tafel hoger of lager te zetten. Als u op "UP" drukt, wordt de tafel hoger en als u op "DN" drukt, wordt de tafel lager.

Comfort zone: Als u de knop Patiëntschakelaar langer dan zes seconden ingedrukt houdt, wordt de Comfort Zone-functie van de tafel ingeschakeld.

- Deze functie zal het motortoerental onmiddellijk met 50% verminderen. Naarmate de behandeling vordert, verhoogt de tafel het bewegingsbereik met 1° bij elke volgende slag totdat de oorspronkelijke bereikinstelling is bereikt.
- Zodra het volledige bewegingsbereik is bereikt, neemt de motorsnelheid toe in stappen van 5% totdat de oorspronkelijke snelheidsinstelling is hersteld.



De Auto-Flexion-gebruikersinterface geeft de huidige Auto-Flexion-parameters weer. De bovenste regel geeft de parameter naam weer en de onderste regel geeft de huidige parameter weer.

NOTITIE: Na 15 minuten inactiviteit begint een schermbeveiliging over het scherm te scrollen. Door op een willekeurige knop te drukken of de tafel te verplaatsen, wordt het hoofdmenu scherm opnieuw geactiveerd.



Start Stop: Start of stopt de Auto-Flexion-beweging van de tafel tijdens de behandeling. Hoe te gebruiken: Druk op de Start/Stop-knop om de Auto-Flexion-beweging te beginnen of te beëindigen.

NOTITIE: Wanneer de motor wordt gestopt, wordt de elektronische rem ingeschakeld.



Minimale (verlengings)hoek: Bekijk en wijzig de minimale hoekparameter in graden.

Hoe te gebruiken: Om de minimale hoek te wijzigen, drukt u op de knop Minimale hoek en drukt u op de pijl omhoog of omlaag. Druk nogmaals op de knop Minimale hoek om de hoek in te stellen. Na 15 seconden inactiviteit keert het display automatisch terug naar het hoofdmenu. **NOTITIE:** De minimale hoek moet minimaal 2° kleiner zijn dan de maximale hoek. De buighoek is in graden.




Maximale (flexie)hoek: Bekijk en wijzig de maximale hoekparameter in graden. Hoe te gebruiken: Om de maximale hoek te wijzigen, drukt u op de knop Maximale hoek en drukt u op de pijl omhoog of omlaag. Druk nogmaals op de knop Maximale hoek om de hoek in te stellen. Na 15 seconden inactiviteit keert het display automatisch terug naar het hoofdmenu.

NOTITIE: De maximale hoek moet minimaal 2° groter zijn dan de minimale hoek. De buighoek is in graden.



Tijd: Bekijk en wijzig de tijd van de behandeling in minuten. Hoe te gebruiken: Om de behandeltijd aan te passen, drukt u op de knop Tijd en vervolgens op de pijl omhoog of omlaag. Druk nogmaals op de Time-knop om de tijd in te stellen. Na 15 seconden inactiviteit keert het display automatisch terug naar het hoofdmenu. Tijd is in minuten.



Snelheid: Bekijk en wijzig de Auto-Flexion-snelheid. Hoe te gebruiken: Om de Auto-Flexion-snelheid te wijzigen, drukt u op de knop Snelheid en drukt u op de pijl omhoog of omlaag. Het bereik van de snelheidsparameter is 1 tot 20, waarbij 1 de langzaamste is en 20 de snelste. Druk nogmaals op de Speed-knop om de snelheid in te stellen. Na 15 seconden inactiviteit keert het display automatisch terug naar het hoofdmenu. **NOTITIE:** Als u in het hoofdmenu op de pijl omhoog of omlaag drukt, wordt de snelheidsparameter gewijzigd. Hierdoor kan de snelheid tijdens de behandeling worden gewijzigd. Snelheid is een willekeurig getal en heeft geen maateenheid.



Spanning: Schakelt het elevatievoetpedaal van de elevatiemodus naar de flexiespanningsmodus, waardoor de flexiespanningsactuator kan worden aangepast. Hoe te gebruiken: **Handleiding:** Gebruik de spanningsvoetbediening om de spanning aan te passen. **Auto-flexie:** Zorg ervoor dat de tafel in de neutrale stand staat om spanning te krijgen. Druk op de spanningsknop om de hoogtevoot te wisselen pedaal naar de flexiespanningsmodus. Gebruik het voetpedaal om de spanning aan te passen. Na 10 seconden inactiviteit

keert het voetpedaal automatisch terug naar de hoogtemodus. De spanningsmodus kan niet worden geopend als de motor is ingeschakeld. **NOTITIE:** De LED-indicator naast de spanningsknop gaat branden wanneer de flexiespanningsmodus is geactiveerd.



Automatische instelling: Hiermee kan de arts de maximale en minimale hoeken voor Auto-Flexion instellen terwijl de patiënt op de tafel ligt. Hoe te gebruiken: Er zijn twee manieren om de Auto Set-modus te gebruiken: 1. Druk op de knop Automatisch instellen. Verplaats het bekkengedeelte handmatig naar de gewenste maximale (extensie)hoek. Druk aan weerszijden van het elevatiepedaal om de hoek in te stellen. Beweeg het bekkengedeelte handmatig tot de gewenste minimale (flexie)hoek. Druk op het elevatiepedaal om de hoek in te stellen. 2. De maximale en minimale hoeken kunnen ook worden ingesteld door het gebruik van de maximum- en minimumtoetsen en de pijltoetsen Omhoog en Omlaag. **NOTITIE:** Deze modus is niet toegankelijk tijdens de behandeling.



Pijltje omhoog: Verhoogt de behandelingsparameters in combinatie met andere knoppen (Tijd, Snelheid, Minimale Hoek of Maximale Hoek).



Pijl omlaag: Verlaagt de behandelingsparameters in combinatie met andere knoppen (Tijd, Snelheid, Minimale Hoek of Maximale Hoek).

NOTITIE: De pijltoetsen omhoog of omlaag passen de spanning niet aan.



Op slot doen: LED-indicator licht op wanneer het achterste gedeelte van de tafel in de vergrendelde positie staat. Hoe te gebruiken: Draai de Auto-Flexion/Manual Flexion Lock naar de achterkant van de tafel om het bekkengedeelte te vergrendelen.




WAARSCHUWING: De tafel moet worden vergrendeld voordat een patiënt wordt geladen of gelost. Sta niet toe dat de patiënt op of van de tafel stapt terwijl de tafel omhoog/omlaag loopt of als de druppels zich in de gespannen

OPMERKING: Auto-Flexion is niet toegankelijk wanneer de tafel in de vergrendelde stand staat. Er klinkt een geluidssignaal om u eraan te herinneren dat de tafel in de vergrendelde positie staat.



Engageren: LED-indicator licht op wanneer de Auto-Flexion-versnelling is ingeschakeld. Hoe te gebruiken: Draai de Auto-Flexion/Manual Flexion Lock naar de voorkant van de tafel om de Auto-Flexion versnelling in te schakelen.



OPMERKING: Het bericht "Motor inschakelen" verschijnt als de Auto-Flexion-versnelling niet is ingeschakeld en de Auto-Flexion-bewerking niet kan starten totdat de motor is ingeschakeld. Wanneer de behandeling is voltooid, keert de tafel terug naar de neutrale positie (0°), klinkt er een hoorbare toon en verschijnt er een bericht met de tekst: "**Behandeling klaar. Motor uitschakelen**" als herinnering dat de tafel op slot moet. Als de Auto-Flexion niet actief is, maar de motor wel in de ingeschakelde stand staat, klinkt er een geluidssignaal en wordt er om de 10 seconden een bericht weergegeven als herinnering om de motor uit te schakelen.



Neutrale: De neutrale stand van de automatische flexie/handmatige flexievergrendeling wordt gebruikt om de flexiespanning in te stellen en om handmatige flexie door de clinicus mogelijk te maken. Hoe te gebruiken: Draai de Auto-Flexion/Manual Flexion Lock omhoog terwijl u het bekkengedeelte optilt om de Auto-Flexion versnelling uit te schakelen.

Auto-aanspanning controles:



Automatisch aanspannende tuimelschakelaars: Om een van de druppels (thorax, lumbale, bekken) te spannen, zet u de tuimelschakelaar in de AAN-stand en drukt u op het automatische aanspanpedaal. Om het houdvermogen (spanning) van het dropgedeelte aan te passen, draait u aan de corresponderende knop voor het regelen van de valspanning om het houdvermogen te vergroten of te verkleinen.

NOTITIE: De drie drop-tuimelschakelaars kunnen worden gebruikt in een combinatie van: sequenties. Elke druppel kan ook handmatig worden bediend.

Auto-aanspanning snelheidsregelknop: Automatisch spannen wijzigen snelheid, draait u de Auto-Cocking Snelheidsregelknop rechtsom naar snelheid verlagen en tegen de klok in om de snelheid te verhogen.

Preventief onderhoud:



WAARSCHUWING: Koppel de tafel los van de stroombron voordat u mechanische onderdelen afveegt om persoonlijk letsel te voorkomen.

INSPECTIE:



Minstens maandelijks moet de tafel grondig worden geïnspecteerd op slijtage, losse hardware en onderdelen en andere schade.

- Inspecteer de tafel om er zeker van te zijn dat er geen externe schade of losse hardware is. Draai losse hardware vast. Hardware die niet vastzit, moet worden vervangen.
- Inspecteer de tafel op duidelijke tekenen van schade of slijtage, zoals gebarsten lasnaden, losse bouten, gerafelde of beschadigde snoeren. Gebruik geen tafel met beschadigde snoeren.
- Controleer beweegbare onderdelen (elektrisch en niet-elektrisch) om de functionaliteit te verzekeren.
- Controleer onderdelen om er zeker van te zijn dat ze goed vergrendeld zijn en goed werken.
- **Neem bij vragen of opmerkingen contact op met Pivotal Health Solutions.**

SMERING:

Breng indien nodig een druppel olie aan op de volgende punten van de ErgoStyle FX Table om te smeren. Gebruik een soort vet (bijv. lithiumvet) of een 3-in-1 olie. Gebruik geen WD-40 of een soortgelijk smeermiddel.

1. Schaaractuatormontageplaat - beide zijden van de tafel
2. Draaibuis hoofdschaar - beide zijden van de tafel
3. Chassisbeperking - beide zijden van de tafel
4. Onderste draagrails aan beide zijden van de tafel



Bekleding reinigen en onderhouden:



VOORZICHTIGHEID: Lees aandachtig, bij onjuiste reiniging vervalt de garantie. Gebruik nooit schoonmaakmiddelen op alcoholbasis.

DESINFECTEREN: Er is een desinfecterend doekje op de markt genaamd *Protex Ultra-desinfectiedoekjes*. Veel van onze klanten gebruiken deze.

VOOR DAGELIJKSE REINIGING: Een oplossing van 10% mild huishoudelijk vloeibaar afwasmiddel met warm water, aangebracht met een zachte, vochtige doek. Afspoelen met schoon water en drogen.

VOOR VLEKKEN: Bevochtig een zachte witte doek in een één-op-één (1:1) oplossing van Fantastik® en water OF Formula 409® en water. Wrijf zachtjes en spoel af met een met water bevochtigde doek.

VOOR MEER MOEILIJKE VLEKKEN: Maak een zachte witte doek vochtig met een oplossing van huishoudbleekmiddel (10% bleekmiddel / 90% water). Wrijf zachtjes en spoel af met een met water bevochtigde doek om de bleekconcentratie te verwijderen.

WAT NIET TE GEBRUIKEN: Als u de verkeerde reinigingsmiddelen gebruikt, VERVALT UW GARANTIE en scheurt, droogt u uit en vernietigt u uw vinyl. Gebruik geen schoonmaakmiddelen die alcohol, agressieve chemicaliën of schuurmiddelen bevatten.

Onderhoud:

Raadpleeg het gedeelte Garantie in deze handleiding voor specifieke garantie-informatie.

Gebruik bij het vervangen van versleten onderdelen originele onderdelen van Pivotal Health Solutions, Inc. door contact op te nemen met onze serviceafdeling. Bij het bestellen van vervangende onderdelen:

- Vraag naar de serviceafdeling, 800-743-7738
- Houd het modelnummer en serienummer bij de hand
- Specificeer onderdelen aan de hand van de onderstaande nummers/beschrijving:

Probleemoplossen:

- Fouten kunnen worden veroorzaakt door storingen in de stroomvoorziening (zoals een spanningsonderbreking) en over- of onvoldoende spanning.
- Als de tafel een systeemstoring detecteert, klinkt er een continu hoorbare toon en wordt er een foutmelding weergegeven.
- Om de foutmelding uit de tabel te wissen, houdt u de pijltoetsen omhoog en omlaag gedurende 1-2 seconden tegelijkertijd ingedrukt.
- Als de foutmelding niet verdwijnt, moet er geen behandeling worden geprobeerd. Bel Pivotal Health Solutions voor service.

Foutmelding	Definitie	Mogelijke oorzaak
Positie Potfout	Onjuiste positiefeedback van pot.	Mechanische positie is verschoven. Ga terug naar PHS voor onderhoud. Foutief bericht. Ga terug naar PHS voor onderhoud. Defecte kabel. Ga terug naar PHS voor onderhoud.
Bestuurderskaartfout	De besturingskaart kan niet communiceren met de bestuurderskaart.	Faculteitsbestuur. Ga terug naar PHS voor onderhoud. Facultaire kabel. Ga terug naar PHS voor onderhoud.
Beperk SW-fout	De reis heeft het bereik overschreden. (Alleen Auto Flexion)	Defecte schakelaar. Ga terug naar PHS voor onderhoud. Defecte kabel. Ga terug naar PHS voor onderhoud. Kabel is losgekoppeld. Zorg ervoor dat de kabel goed is aangesloten.
Motorstalling	Motor overspanning	Tafel wordt ondersteund tijdens AutoFlexion, Return to PHS for service. 24 V-motor overschrijdt 15%. Ga terug naar PHS voor onderhoud.

Raadpleeg het gedeelte Garantie in deze handleiding voor specifieke garantie-informatie.



WAARSCHUWING: Het gebruik van accessoires, transducers en kabels die niet door de fabrikant van deze apparatuur zijn geleverd, kan leiden tot verhoogde elektromagnetische emissies of verminderde elektromagnetische immuniteit van deze apparatuur en tot onjuiste werking.

Gebruik bij het vervangen van versleten onderdelen originele onderdelen van Pivotal Health Solutions, Inc. door contact op te nemen met onze serviceafdeling. Bij het bestellen van vervangende onderdelen:

- Vraag naar de serviceafdeling, 800-743-7738
- Houd het modelnummer en serienummer bij de hand
- Specificeer onderdelen met de onderstaande nummers/beschrijving.

Technische service-informatie:

Pivotal Health Solutions stelt op verzoek schakelschema's, lijsten met onderdelen, beschrijvingen, kalibratie-instructies of andere informatie ter beschikking die het onderhoudspersoneel kan helpen.

Wederverkoop of verwijdering:

Een therapietafel wordt door de Food and Drug Administration als een medisch hulpmiddel beschouwd. Daarom is het noodzakelijk dat Pivotal Health Solutions, Inc. op de hoogte wordt gesteld als de tafel wordt verkocht, vernietigd of anderszins wordt weggegooid. Geef dit schriftelijk door met vermelding van uw naam en het serienummer van uw tafel aan:

Cruciale gezondheidsoplossingen

**t.a.v.: Quality
3003 9^e Ave. SW
Watertown, SD 57201**



Recycle het apparaat en voer het op de juiste manier af in overeenstemming met de lokale, provinciale en federale wetten. In de loop der jaren zijn tonnen elektronische apparatuur met gevaarlijke stoffen weggegooid met standaard afval. Na verloop van tijd lekken deze materialen uit de elektronica en veroorzaken ze schade aan het milieu. Het is belangrijk om te proberen afgedankte apparaten op de juiste manier af te voeren om schade aan ons milieu te voorkomen.

Vervangingsonderdelen:



NOTITIE: Deze tafels kunnen verschillende kussenconfiguraties hebben. Neem contact op met Pivotal Health Solutions voor details over vervangende kussens.

<u>Onderdeelnaam:</u>	<u>Onderdeel nummer</u>
Arm kussen	65454-xxx
Thoracaal kussen	58450-xxx
Bekkenkussen	58452-xxx
Enkel Kussen	58449-xxx
Enkelvoudig verhoogd voetpedaal	95283
Dubbel verhoogd voetpedaal	95284
Korte T-bar	58429
Lange T-bar	58430
Thoracale handmatige val	ES58353
Lumbale handmatige val	ES58354
Handmatige val van het bekken	ES58355
SST-band	E2077
Gordeldekbed	E2226

*xxx is een plaatshouder voor de kleurcode. Neem contact op met Pivotal Health voor de juiste kleurcode voor uw tafel.

Garantie:

Ergostyle FX: <https://www.phsmedicalsolutions.com/customer-service/service-and-warranty>

Opmerking voor de gebruiker: Als er een ernstig incident plaatsvindt, meldt u het incident bij Pivotal Health Solutions. (Zie het gedeelte met contactgegevens van de fabrikant voor contactgegevens). Indien het incident zich in de EU voordoet, dient u elk ernstig incident ook te melden bij de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de gebruiker en/of patiënt is gevestigd.

Fabrikantinformatie:

Rev H 8/10/2026



Pivotal Health Solutions, Inc.
3003 9th Ave. SW
Watertown, SD 57201
USA



800-743-7738



011-1-605-753-0110



Fax: 605-882-8398



service@pivotalhealthsolutions.com



www.pivotalhealthsolutions.com



Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands



Sissel France SAS
14 rue des Grandes Bosses
44220 Coueron
France



Emergo Consulting (UK) Limited
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ
United Kingdom



Performance Health International Ltd.
Nunn Brook Rd, Huthwaite Sutton-Ashfield,
Nottinghamshire NG17 2HU
United Kingdom



MedEnvoy
Gotthardstrasse 28
6302 Zug
Switzerland



Medidor AG
Lenzburgerstrasse 2
CH-5702 Niederlenz
Switzerland